



HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Rua Coronel Guárdia, 100, Centro, CEP 29.300-070
Cachoeiro de Itapemirim ES - (28)2101-5656
Email: hifa@hifa.org.br - Site: www.hifa.org.br

Guarapari, 08 de novembro de 2024.

ANÁLISE TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS HIFA Nº 002/2024

LOTE 01 – ESPECTOMETRO DE MASSA

O equipamento de Laboratório foi ofertado pelas empresas APPARAT BRASIL COMÉRCIO DE REAGENTES IMPORTADORA LTDA, DIAGMASTER CIENTÍFICA LTDA, VIDA ASSESSORIA E CIENTIFICA LTDA e EXCELLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, sendo que a licitante **APPARAT BRASIL COMÉRCIO DE REAGENTES IMPORTADORA LTDA** apresentou a melhor proposta classificando-se em 1º lugar, na parte de valor (preço final).

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 1º lugar, constatamos que o equipamento ofertado não atende o descritivo do Edital: O equipamento ofertado cobre faixa de massas de 1.500 a 30.000 Daltons, enquanto o descritivo exige uma faixa de 1.000 a 50.000 Daltons. O descritivo técnico exige estabilidade de massa menor que 300 ppm, o equipamento ofertado tem estabilidade menor ou igual a 800 ppm, não atendendo portanto ao solicitado. O descritivo técnico exige precisão de massa menor que 60 ppm, o equipamento ofertado tem precisão de massa menor ou igual a 500ppm. Portanto a proposta/empresa está desclassificada.

Em razão da desclassificação da empresa APPARAT BRASIL COMÉRCIO DE REAGENTES IMPORTADORA LTDA pelos motivos acima apontados passamos para análise técnica do equipamento ofertado pela empresa DIAGMASTER CIENTÍFICA LTDA, classificada em 2º lugar.

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em segundo lugar, constatamos que a mesma atende as especificações exigidas no Edital, sanando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 01 – ESPECTOMETRO DE MASSA.**

Nesse passo, sugerimos a Comissão de Licitação dar andamento e adjudicar o Lote/Item dentro do critério de julgamento de menor preço, nos termos do Edital.

Ressalvamos que por ocasião da entrega do equipamento deve ser verificado se o mesmo está de acordo com a proposta firmada pelos fornecedores.

Atenciosamente.

Carlos Eduardo Curty Elizeu
Engenheiro Clínico