



HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Rua Coronel Guárdia, 100, Centro, CEP 29.300-070
Cachoeiro de Itapemirim ES - (28)2101-5656
Email: hifa@hifa.org.br - Site: www.hifa.org.br

Guarapari, 08 de novembro de 2024.

ANÁLISE TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS HIFA Nº 003/2024

LOTE 01 – APARELHO DE GASOMETRIA – (REVOGADO)

LOTE 02 – ANALISADOR BIOQUÍMICO

O equipamento de Laboratório foi ofertado pelas empresas UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA, VIPLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA e LAB COMPRAS LTDA, sendo que a licitante **UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA** apresentou a melhor proposta classificando-se em primeiro lugar.

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em primeiro lugar, constatamos que a mesma atende as especificações exigidas no Edital, sanando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 02 – ANALISADOR BIOQUÍMICO**.

LOTE 03 – ANALISADOR DE HEMATOLOGIA

O equipamento de Laboratório foi ofertado pelas empresas SOLUTION PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA, UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA, VIPLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA e LAB COMPRAS LTDA, sendo que a licitante **SOLUTION PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA** apresentou a melhor proposta classificando-se em primeiro lugar.

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 1º lugar, constatamos que o equipamento ofertado não atende o descritivo do Edital: especificação do edital exige software de operação em sistema operacional Windows, sendo que o equipamento ofertado tem seu software de operação em sistema Linux conforme abaixo, extraído do seu manual registrado na Anvisa:

A.4 Configuração do Analisador

A configuração do analisador é a seguinte:

- Interface de rede: 1
- Interface USB: 4
- Ambiente Operacional do Software

Configuração de hardware: frequência principal da CPU 766 MHz ou superior, memória 1 G ou superior.

Ambiente de software: o sistema operacional é Linux 4.14 e suas versões compatíveis.



HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Rua Coronel Guárdia, 100, Centro, CEP 29.300-070
Cachoeiro de Itapemirim ES - (28)2101-5656
Email: hifa@hifa.org.br - Site: www.hifa.org.br

Em razão da desclassificação da empresa SOLUTION PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA pelos motivos acima apontados passamos para análise técnica do equipamento ofertado pela empresa **UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA**, classificada em 2º lugar.

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em segundo lugar, constatamos que a mesma atende as especificações exigidas no Edital, sanando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 03 – ANALISADOR DE HEMATOLOGIA**.

LOTE 04 – SCANNER DE LÂMINAS

O equipamento de Laboratório foi ofertado pelas empresas UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA, VIPLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA e LAB COMPRAS LTDA, sendo que a licitante **UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA** apresentou a melhor proposta classificando-se em primeiro lugar.

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em primeiro lugar, constatamos que a mesma atende as especificações exigidas no Edital, sanando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 04 – SCANNER DE LÂMINAS**.

Nesse passo, sugerimos a Comissão de Licitação dar andamento e adjudicar o Lote/Item dentro do critério de julgamento de menor preço, nos termos do Edital.

Ressalvamos que por ocasião da entrega do equipamento deve ser verificado se o mesmo está de acordo com a proposta firmada pelos fornecedores.

Atenciosamente.

Carlos Eduardo Curty Elizeu
Engenheiro Clínico