



HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Rua Antônio Lira Monjardim, s/n, Bairro Praia do Morro, CEP 29.216-610
Guarapari – Espírito Santo – (27) 3262-6195
Email: hifa@hifa.org.br - Site: www.hifa.org.br

Guarapari, 29 de novembro de 2024.

ANÁLISE TÉCNICA DOS INSUMOS HOSPITALARES

COTAÇÃO SESA/HIFA Nº 010/2024 DO TERMO DE FOMENTO Nº 039/2024

LOTE 01 – TORRE DE VÍDEO VIDEOLAPAROSCOPIA

O equipamento hospitalar foi ofertado pelas empresas CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S/A e UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA sendo que a licitante **CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S/A** apresentou a melhor proposta classificando-se em primeiro lugar.

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 1º lugar, constatamos que o equipamento ofertado não atende o descritivo do Edital: O sistema ofertado pela empresa utiliza o equipamento CM-100 colocado externamente ao insuflador, portanto não atendendo ao descritivo que exige sistema de evacuação de fumaça incorporado ao insuflador.

Em razão da desclassificação da empresa CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S/A pelos motivos acima apontados passamos para análise técnica do equipamento ofertado pela empresa **UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA**, classificada em 2º lugar.

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 2º lugar, constatamos que a mesma atende as especificações exigidas no Edital, sangrando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 01 – TORRE DE VÍDEO VIDEOLAPAROSCOPIA**.

LOTE 02 – ULTRASSOM COM DOPLER

O equipamento hospitalar foi ofertado pelas empresas CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, MED SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA e 2A SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, sendo que a licitante **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA** apresentou a melhor proposta classificando-se em primeiro lugar.

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 1º lugar, constatamos que a mesma atende as especificações exigidas no Edital, sangrando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 02 – ULTRASSOM COM DOPLER**.

LOTE 03 – ARCO COM INTENSIFICADOR

O equipamento hospitalar foi ofertado pelas empresas VMI TECNOLOGIAS LTDA e IMX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sendo que a licitante **VMI TECNOLOGIAS LTDA** apresentou a melhor proposta classificando-se em primeiro lugar.

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 1º lugar, constatamos que a mesma atende as especificações exigidas no Edital, sangrando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 03 – ARCO COM INTENSIFICADOR**.

Nesse passo, sugerimos a Comissão de Licitação dar andamento e adjudicar o Lote/Item dentro do critério de julgamento de menor preço, nos termos do Edital.

Ressalvamos que por ocasião da entrega do equipamento deve ser verificado se o mesmo está de acordo com a proposta firmada pelos fornecedores.

Atenciosamente.

Carlos Eduardo Curty Elizeu
Engenheiro Clínico