



VITÓRIA(ES), 18 de Novembro 2024.

A
HIFA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
PREGÃO Nº 008/2024

LOTE	Especificação do Material	MARCA	Quant.	Und.	V. UNIT	V.TOTAL
5	<p>Projetado para o suporte aos diversos procedimentos cirúrgicos, o HyLED 600/600 provê iluminação de alta qualidade, além de melhor diferenciação de tecidos e cores naturais. Tudo isso graças a elevada iluminância, e ao elevado índice de renderização de cores além de melhor diferenciação de tecidos e cores naturais, respectivamente. Pois o foco cirúrgico de teto possui duas cúpulas, com lâmpadas de LED (Lâmpadas de LED importadas Alemanha) e controle eletrônico de intensidade. Com fixação ao teto através de haste central possui braços articulados independentes em cada cúpula, o que permite os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; ambas as cúpulas são providas de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); O braço de mola da Ondal maximiza a mobilidade garante a estabilidade. Possui cúpula leve, ultrafina, que pesa menos de 12 kg, cobertura traseira lisa. O Hyled600/600 possui um sistema de freio que permite que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada, Ainda, o HyLED 600 é de manuseio simples e flexível, com 10 ajustes de controle de luminosidade, e modo Iluminação MIS, que provê apenas 5% de luminosidade, suficiente para cirurgias minimamente invasivas. Possui características que viabilizam seu uso em uma gama variada de procedimentos cirúrgicos, entre eles, cirurgia gerais, obstétricas, de endoscopia e plásticas sem a menor intercorrência. Cúpulas com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; O Hyled 600/600 emprega um sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta. As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vide outras características do equipamento Foco Cirúrgico de Teto, Hyled 600/600: Especificações técnicas HyLED 600: Iluminância Central a 1 m de distância 160.000 Lux; Diâmetro do campo de iluminação 220mm; Profundidade de Iluminação (20%) 1.200mm; Profundidade de iluminação (60%) 600 mm; Temperatura da Cor 4.350 K; Índice de renderização de cores (Ra e R9) 96%; Vida Útil do LED mais de 60.000 horas; Energia irradiada média (Ee/Ec) 3,6mW(m2 lx); Intervalo de Dimerização 5 a 100 %; Dimensão da cabeça de Luz (Cúpula) 540 mm; Número de LEDs por cúpula 18 LEDs; Max. Consumo de energia de todas as fontes de Luz65W. Nosso equipamento possui sistema de emergência que garante o funcionamento em caso de falha de energia e possui sistema de proteção eletrônico com fusível, substituível; possui também Manopla de focalização facilmente retrátil sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; o HyLED 600/600 possui registro na ANVISA, certificado de boas práticas de fabricação pela ANVISA; possui Assistência Técnica, localizada no Estado do Espírito Santo com registro no CREA/ES e técnico treinado no fabricante do equipamento ofertado. Ofertamos Garantia de 12 meses, com cobertura completa neste período de garantia de todas as partes e peças mecânicas. E nos comprometemos a durante a vigência da garantia realizar manutenções preventivas a cada 06 meses nos equipamentos.</p>	MINDRAY 600/600	2	UNID	RS 49.000,00	RS 98.000,00
VALOR TOTAL: Noventa e oito mil reais						RS 98.000,00

PRAZO DE PAGAMENTO : 30 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA : 20 DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS
 GARANTIA / VALIDADE DOS PRODUTOS CONFORME EDITAL

Pela presente formulamos Proposta Comercial para fornecimento dos materiais supracitados, e acordo com todas as condições do PREGÃO Nº008/2024 e seus anexos.
 Declaramos que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação;

BANCO DO BRASIL
 AGENCIA : 021-3 CONTA CORRENTE : 4613-2

BANESTES
 CONTA CORRENTE : 1.825.868

27 347 244/0001-00

REDALMUS COMERCIAL LTDA.

Av. Paulino Muller, 430 - Loja 01
 Ilha de Santa Maria - CEP: 29051-030

VITÓRIA - ES

REDALMUS COMERCIAL LTDA
 JACKSON MEDEIROS CRUZ SILVA
 ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
 C.I. 1005557802/ SSP-BA
 C.P.F. 098.899.027-02

AV. Paulino Muller, 430 Lj01, Ilha de Sta Maria, Vitória-ES, telefax 27 3223 7770 e-mail:
contato@redalmus.com.br, redalmus001@gmail.com CNPJ: 27.347.244/0001-00 - IMUN.: 28.743 - I.E.S.T.:
 080.657.86-9, www.redalmus.com.br

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MINDRAY DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	09.058.456/0001-87
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.09.436-1
Nome do Dispositivo Médico	FOCO CIRÚRGICO Hyled
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Foco Cirurgico
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80943610148
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351179049202178
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: NANJING MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRINICS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C005435 - Endereço: 666# MIDDLE ZHENGFANG ROAD, JIANGNING 211100 NANJING, JIANGSU
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	02/09/2021
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	80943610148 Manual Foco cirúrgico Hyled 200.pdf	3564984216 - 09/09/2021 16:05:24
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	80943610148 Manual Foco cirúrgico Hyled 600.pdf	3564984216 - 09/09/2021 16:05:24

Modelo Produto Médico
HyLED 200
HyLED 200M
HyLED 600
HyLED 600/600
HyLED 600M