

Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	
Endereço: Rua Coronel Guárdia, 100, Centro, CEP: 29.300-070	
Telefone: (28) 2101-5656	Data: 18/11/2024
E-mail: hifa@hifa.org.br	Contato:
Obs.: REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PREÇOS HIFA Nº 010/2024. TERMO DE FOMENTO Nº 039/2024	

Apresentamos abaixo proposta comercial de acordo com o solicitado no **Chamamento Público nº 010/2024**.

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>TORRE DE VÍDEO VIDEOLAPAROSCOPIA:</p> <p>01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC ou PAL, ou equivalente com resolução mínima de 1920x1080, FULL HD e/ou 4K, captura de imagem tecnologia CMOS. Com conexão compatível com óticas de diferentes fábricas, função para ajuste de cor branca (White Balance), possibilidade de formação de imagem com luminosidade igual a 1lux, possuir conexões de saída de vídeo compatível com FULL HD. Com possibilidade de controle de balanço de branco (White balance) por meio de cabeça da câmera. Com Zoom Parafoveal. Zoom ótico de no mínimo 2X e digital de pelo menos 4X. Comprimento do cabo do cabeçote no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz, 1 Fone de iluminação LED, com iluminação equivalente a xênon 300watts. Possuir controle de intensidade de luz, no mínimo 20.000 horas de vida útil do LED. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60Hz, 01 Monitor de vídeo de LCD/LED de Grau Médico no mínimo 26 polegadas, com mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL/NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz, 1 Insuflador de CO2, com Tela Sensível ao Toque, que permite ajuste de fluxo no mínimo 0 à 50 com sistema de evacuação de fumaça incorporado ao insuflador – litros/minuto. Permite ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuitos de segurança com alarme sonoro e visual. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. Acompanha 01 mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60Hz. Microcâmera dotada de sistema de gravação de foto e vídeo em FULL HD através de entrada para dispositivo USB ou para tal deve ser adicionado 1 Gravador de Grau Médico, com capacidade de gravação das imagens em FULL HD, 1920X1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULL HD. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz ou sistema de gravação FULL HD através de USB integrado à processadora de câmera. 2 cabos e fibra óptica no mínimo 2 metros compatíveis com a ótica e câmera. 2 Endoscópios rígidos autoclavável, compatível com a imagem full HD, visão oblíqua de 30 graus, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e comprimento mínimo de 30cm. Todos os itens responsáveis pela formação da imagem devem ser da mesma marca entre eles: Laparoscópio, Guia de Luz, Fonte de Luz e Microcâmera. 1 Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação de todos os equipamentos ofertados, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freios. Acompanhar as caixas de esterilização das óticas e uma caixa completa para vídeo, contendo: 1 cânula de insuflação de Veress 120mm, 2 Trocateres de 10mm com válvula torneira, 2</p>	UND	01	R\$ 430.000,00	R\$ 430.000,00

<p>Trocateres no mínimo com válvula torneira, 1 Trocater de 10mm com ponta protegida, 1 Extrator de apêndice e redutor 10mm/5mm, 1 Cânula de dissecação com gancho de ângulo reto, 1 Pinça fenestrada para fundo de vesícula, 1 pinça de apreensão 2x4 Dentes, 1 Pinça de apreensão fenestrada especial vesícula, 1 Pinça de dissecação Maryland, 1 Tesoura curva serrilhada cruzada, 1 Aplicador de clips médio large 10mm, 1 Cabo de diatermia, 1 Válvula para tubo de irrigação e aspiração, 1 tubo para irrigação e aspiração 5mm, 1 Tubo de irrigação e aspiração 10mm, 1 Tubo de aspiração e irrigação com ponta agulha 5mm, 1 Container para esterilização de todos os instrumentos.</p> <p><u>COTAREMOS:</u></p> <p>Rack/armário, torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação dos equipamentos, com capacidade de armazenar todos os equipamentos e o cilindro de CO2; com porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freio.</p> <p>Marca Cardinal Modelo VLFA-80</p> <p>MICROCAMERA/CABEÇA DE CÂMERA – UX3 4K Projetada para atender aos mais altos requisitos clínicos de cirurgias minimamente invasivas, o sistema de câmera endoscópica UX3 da Mindray vem com o sensor 4K CMOS, lentes óticas premium e com software parfocal (que mantém o foco mesmo que o zoom seja alterado) de otimização em tempo real, permitindo gravar fotos e vídeos diretamente em portas USB do painel frontal, sem a necessidade de gravador de imagens.</p> <p>As características superiores da qualidade de imagem, ergonomia e peso da cabeça de câmera permitem aos cirurgiões um trabalho menos fatigante, proporcionando cirurgias mais rápidas, precisas, maior produtividade e segurança do paciente.</p> <p>Resolução 3840 x 2160 linhas Sensor CMOS 4K Fotos FHD e vídeos em porta USB Tecnologia parfocal avançada Zoom digital de 3X Comprimento focal: 22mm-29mm Grau de proteção IPX7 – Esterilização em vapor, peróxido e ETO</p> <p>Marca Mindray RMS 80943619029</p> <p>FONTE DE LUZ LED HB300L LED Equivalente a fonte de luz Xenon 300W Cabo de luz autoclavável Auto-deteção do cabo guia de luz Indicador de intensidade de luz Expectativa de vida do LED: 60.000 horas</p> <p>Marca Mindray RMS 80943610081</p>				
--	--	--	--	--

<p>MONITOR GRAU MÉDICO S3180P 4K Tamanho do Monitor de 32 polegadas Resolução 4K 3840 x 2160 linhas Modo Pic in Picture Brilho ajustável Entrada flexível: DVI, SDI, S-video, VGA Marca Mindray RMS 80943619029</p> <p>INSUFLADOR HS-50F Insuflador com fluxo de 50L/min (próprio para obesos mórbidos), com aquecimento do gás insuflador evitando hipotermia do paciente, remoção de fumaça causado pela função do cauterio, evitando embaçamento do laparoscópio durante a cirurgia e lançamento de fumaça na sala de cirurgia, principalmente em cirurgias oncológicas. Display touch screen de 7" onde são selecionados todos os ajustes e mostrados seus valores de momento durante a cirurgia, com rotinas de prevenção para hipo/hiper pressão e acesso pré sets para os modos bariátrico, adulto, pediátrico, retroperitônio e um programável pelos operados. Fluxo 0.1 a 50L/min Pressão 1 -30 mmHg Marca Mindray RMS 80943610082</p> <p>Cabos de fibra ótica de 4.8 mm x 3 metros compatíveis com ótica e câmera, contendo adaptadores e conectores universal. Quantidade: 02 unidades Marca Mindray RMS 80943610081</p> <p>Endoscópios rígidos autoclaváveis, compatível com a imagem 4K, visão de 30º graus, profundidade de campo de 3mm a 200mm com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e comprimento de 33 cm. Quantidade: 02 unidades Marca Mindray Referência M01030A RMS 80943610101</p> <p>Caixas para esterilização de óticas Quantidade: 02 unidades Marca: ENDOMASTER Modelo H45-CX-50</p> <p>Nobreak para suportar todos os componentes internos da torre de vídeo com autonomia de 30 minutos em caso de falta de energia, com cabo. entrada de alimentação elétrica bivolt automático e saída conforme componentes interno da torre de videocirurgia. Marca PHD Modelo HVR2000</p>				
---	--	--	--	--

<p><u>INSTRUMENTAIS:</u></p> <p>1 Cânula de insuflação de Veress 120mm Marca Endomaster Modelo SK401-571 RMS 80533420047</p> <p>2 Trocateres de 10mm com válvula torneira Marca Endomaster Modelo SK403-523.1.1/ SK403-523.2.1 RMS 80533420044</p> <p>2 Trocateres de 5mm com válvula torneira – ITEM 4/5 Marca Endomaster Modelo SK403-525.1.1/ SK403-525.2.1 RMS 80533420044</p> <p>1 Trocater de 10mm com ponta protegida Marca Endomaster Modelo SK403-523.1.1/ SK403-523.2.1 RMS 80533420044</p> <p>1 Extrator de apêndice e redutor de 10mm/5mm Marca Endomaster Modelo SK401-561 RMS 80533420044</p> <p>1 Canula de dissecação com gancho de ângulo reto Marca Endomaster Modelo SSM 05086 RMS 80533420068</p> <p>1 Pinça fenestrada para fundo de vesícula Marca Endomaster Modelo S191-3305K-2C RMS 80533420063</p> <p>1 Pinça de apreensão de 2X4 dentes Marca Endomaster Modelo S181-3305K-5C RMS 80533420063</p> <p>1 Pinça de apreensão fenestrada para fundo de vesícula Marca Endomaster Modelo S206B-3305K-2C RMS 80533420063</p> <p>1 Pinça de dissecação Maryland Marca Endomaster Modelo S173-3305K-2C RMS 80533420063</p> <p>1 Tesoura curva serrilhada cruzada Marca Endomaster Modelo S170-3305K-C RMS 80533420096</p>				
---	--	--	--	--

<p>1 Aplicador de clips médium large Marca Endomaster Modelo SK401-101.04JJ RMS 80533420051</p> <p>1 Cabo de diatermia Marca Endomaster Modelo 21.020 RMS 80533420010</p> <p>1 Válvula para tubo de irrigação e aspiração Marca Endomaster Modelo ESKK 05099SK RMS 80533420075</p> <p>1 Tubo para irrigação e aspiração 5mm Marca Endomaster Modelo ESSG 10095SK RMS 80533420075</p> <p>1 Tubo para irrigação e aspiração 10mm Marca Endomaster Modelo ESSG 10096SK RMS 80533420075</p> <p>1 Tubo de aspiração e irrigação com ponta agulha 5mm – ITEM 18 Marca Endomaster Modelo SK401-148.1 RMS 80533420047</p> <p>1 Container para esterilização. – ITEM 19 Marca Endomaster Modelo H52-CX-100-AZ RMS Isento</p>				
VALOR GLOBAL DO LOTE				R\$ 430.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 430.000,00 (Quatrocentos e trinta mil reais)

2 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos itens.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

- ✓ **Prazo de entrega:** 40 (quarenta) dias após a emissão da ordem de fornecimento.
- ✓ **Validade da proposta:** De acordo com edital
- ✓ **Garantia:** 01 (um) ano
- ✓ **Instalação/Garantia:** In loco
- ✓ **Declaramos** que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes no edital;
- ✓ **Declaramos** que no preço ofertado estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, impostos, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Licitante

Endereço

Tel/Fax

CNPJ

I.E.

Endereço Eletrônico

Banco Banestes**UL Química e Científica Ltda**

R. Sertório Franco, 38 Bairro Antônio Honório - Cep. 29070-835 – Vitória/ES

(27)2121-0750 / (27)2121-0753

01.955.600/0001-76

081.897.40-5

unionlab@unionlab.com.br**Agência: 0184 - C/C: 5899.018 – Goiabeiras****Representante legal**

Estado civil

Profissão

CPF

C.I. nº

Endereço

Cargo

Roberley Carlos Polycarpo

Casado

Comerciante

759.420.897-87

478.047 SSP-ES

Alameda Andorinhas, 56, Res. 03, Quadra N, Lote 02, Bairro Jacuhy, Serra, ES, Cep 29161-277

Diretor Administrativo Financeiro

DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL / TERMO DE REFERÊNCIA.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

Atenciosamente,

**ROBERLEY
CARLOS
POLYCARPO:**
75942089787

Assinado de forma
digital por
ROBERLEY CARLOS
POLYCARPO:75942
089787
Dados: 2024.11.18
11:02:59 -03'00'

**FRANCISCO
DOMINGOS
NOGUEIRA
FILHO:572225687**
00

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
DOMINGOS NOGUEIRA
FILHO:57222568700
Dados: 2024.11.18
11:03:21 -03'00'

UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA

Roberley Carlos Polycarpo

Francisco Domingos Nogueira Filho