



HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Rua Coronel Guárdia, 100, Centro, CEP 29.300-070

Cachoeiro de Itapemirim ES - (28)2101-5656

Email: hifa@hifa.org.br - Site: www.hifa.org.br

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de janeiro de 2025.

ANÁLISE TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2025 – CV Nº 916352/2024

LOTE 01: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL

O equipamento foi ofertado pelas empresas: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, PROENÇA COMERCIAL LTDA, S2 SAÚDE LTDA e INOVANDO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA sendo que a licitante **MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA** apresentou a melhor proposta classificando-se em 1º lugar, na parte de valor (preço final).

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 1º lugar, constatamos que o equipamento ofertado atende o descritivo do Edital. Por fim, analisando os Documentos de Habilitação constatamos que a referida empresa foi habilitada sangrando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 01 – BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL – MARCA/MODELO: LÍDER LD 230 BABY.**

LOTE 02: CARDIOTOCOGRAFO

O equipamento foi ofertado pelas empresas: S2 SAÚDE LTDA, MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI e PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA sendo que a licitante **S2 SAÚDE LTDA** apresentou a melhor proposta classificando-se em 1º lugar, na parte de valor (preço final).

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 1º lugar, constatamos que o equipamento ofertado atende o descritivo do Edital. Por fim, analisando os Documentos de Habilitação constatamos que a referida empresa foi habilitada sangrando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 02 – CARDIOTOCOGRAFO – MARCA/MODELO: MD BT 350.**

LOTE 03: CARDIOVERSOR

O equipamento foi ofertado pelas empresas: LOCK STOK MEDICAL LTDA, MED-SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, BH LABORATÓRIOS LTDA, NIHON KOHDEM DO BRASIL LTDA, INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, PROENÇA COMERCIAL LTDA e PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA sendo que a licitante **LOCK STOK MEDICAL LTDA** apresentou a melhor proposta classificando-se em 1º lugar, na parte de valor (preço final).

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 1º lugar, constatamos que o equipamento ofertado atende o descritivo do Edital. Por fim, analisando os Documentos de Habilitação constatamos que a referida empresa foi habilitada sangrando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 03 – CARDIOVERSOR – MARCA/MODELO: VIVO GOLD CMOS DRAKE.**

O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que lhe estenda a mão.



HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Rua Coronel Guárdia, 100, Centro, CEP 29.300-070

Cachoeiro de Itapemirim ES - (28)2101-5656

Email: hifa@hifa.org.br - Site: www.hifa.org.br

LOTE 04: ELETROCARDIOTOCOGRAFO

O equipamento foi ofertado pelas empresas: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA, MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, PROENÇA COMERCIAL LTDA, CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, S2 SAÚDE LTDA, COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR MACROSUL LTDA, MED-SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA e INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA sendo que a licitante **ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA** apresentou a melhor proposta classificando-se em 1º lugar, na parte de valor (preço final).

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 1º lugar, constatamos que o equipamento ofertado não atende o descritivo do Edital, onde se pede: "Protocolo de comunicação HL7 bidirecional" não encontramos na proposta enviada e demais documentos. Portanto a proposta está desclassificada.

Em razão da desclassificação da empresa ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA pelos motivos acima apontados passamos para análise técnica do equipamento ofertado pela empresa MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI, classificada em 2º lugar.

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 2º lugar, constatamos que o equipamento ofertado não atende o descritivo do Edital, onde se pede: "Protocolo de comunicação HL7 bidirecional" não encontramos na proposta enviada e demais documentos. E também o Edital pede: "Possuir display colorido LCD de alta resolução, no mínimo 7" com tela sensível ao toque (Touchscreen)" Equipamento tem tela de 4,3" e não a solicitada no Edital, conforme abaixo:

Características

Impressão em formato A4 permite fácil visualização.

Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax.

Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor).

Aquisição de 12 canais simultâneos.

Tela de LCD colorida 4,3".

Touch Screen para fácil operação.

Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota.

Memória interna para 200 pacientes.

Visualização do ECG em tempo real.

Conexão com o PC através da LAN ou WiFi (opcional).

Idioma em Português.

Mensagem de eletrodo solto.

Deteção de Marcapasso.

Portanto a proposta está desclassificada.

Em razão da desclassificação da empresa MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI pelos motivos acima apontados passamos para análise técnica do equipamento ofertado pela empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, classificada em 3º lugar.

O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que Ihe estenda a mão.



HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Rua Coronel Guárdia, 100, Centro, CEP 29.300-070

Cachoeiro de Itapemirim ES - (28)2101-5656

Email: hifa@hifa.org.br - Site: www.hifa.org.br

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 3º lugar, constatamos que o equipamento ofertado atende o descritivo do Edital. Por fim, analisando os Documentos de Habilitação constatamos que a referida empresa foi habilitada sangrando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 04 – ELETROCARDIOTOCOGRAFO – MARCA/MODELO: PHILIPS TC 10.**

LOTE 05: BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151W)

O equipamento foi ofertado pelas empresas: BARRFAB INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA e S2 SAÚDE LTDA sendo que a licitante **BARRFAB INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a melhor proposta classificando-se em 1º lugar, na parte de valor (preço final).

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 1º lugar, constatamos que o equipamento ofertado atende o descritivo do Edital. Por fim, analisando os Documentos de Habilitação constatamos que a referida empresa foi habilitada sangrando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 05 – BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151W) – MARCA/MODELO: BARRFAB BISTURI LE4.**

LOTE 06: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)

O equipamento foi ofertado pelas empresas: FANEM LTDA e S2 SAÚDE LTDA sendo que a licitante **FANEM LTDA** apresentou a melhor proposta classificando-se em 1º lugar, na parte de valor (preço final).

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 1º lugar, constatamos que o equipamento ofertado atende o descritivo do Edital. Por fim, analisando os Documentos de Habilitação constatamos que a referida empresa foi habilitada sangrando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 06 – INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) – MARCA/MODELO: FANEM VISION ADVANCE 2286.**

LOTE 07: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI

O equipamento foi ofertado pelas empresas: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, MTB TECNOLOGIA LTDA, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA, MED-SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, DRÄGER DO BRASIL LTDA e NIHON KOHDEM DO BRASIL LTDA sendo que a licitante **CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI** apresentou a melhor proposta classificando-se em 1º lugar, na parte de valor (preço final).

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 1º lugar, constatamos que o equipamento ofertado não atende o descritivo do Edital, onde se pede: "Equipamento com possibilidade de comunicar com a Central de Monitorização já existente", esse equipamento não é compatível com os modelos que possuímos, o Edital também pede: "Permitindo monitoramento futuro de módulos de monitorização: Capnografia, Índice de Sedação Anestésica, Pressão Invasiva para até 4 canais,

O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que lhe estenda a mão.



HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Rua Coronel Guárdia, 100, Centro, CEP 29.300-070
Cachoeiro de Itapemirim ES – (28)2101-5656
Email: hifa@hifa.org.br Site: www.hifa.org.br

Analisador de Gases, Anestésicos, Débito Cardíaco Contínuo”. Não foi encontrado no manual Anvisa algo relacionado ao Débito Cardíaco Contínuo. Portanto a proposta está desclassificada.

Em razão da desclassificação da empresa CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI pelos motivos acima apontados passamos para análise técnica do equipamento ofertado pela empresa MTB TECNOLOGIA LTDA, classificada em 2º lugar.

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 2º lugar, constatamos que o equipamento ofertado não atende o descritivo do Edital, onde se pede: “Permite escolher a tecnologia de oximetria própria, NellCor e Masimo” o mesmo não tem essa possibilidade ofertada na proposta, o Edital pede também: “Função Full Disclosure que permite armazenar automaticamente e visualizar as últimas 48 horas de todos os dados de formas de ondas e valores numéricos dos pacientes atual”, esse equipamento não possui armazenamento de 48 horas conforme ofertado na proposta, o Edital pede ainda: “Permitindo monitoramento futuro de módulos de monitorização: Capnografia, Índice de Sedação Anestésica, Pressão Invasiva para até 4 canais, Analisador de Gases Anestésicos, Débito Cardíaco Contínuo” o equipamento também não permite essa opção, portanto a proposta apresentada está desclassificada.

Em razão da desclassificação da empresa MTB TECNOLOGIA LTDA pelos motivos acima apontados passamos para análise técnica do equipamento ofertado pela empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, classificada em 3º lugar.

Analisando o equipamento ofertado pela empresa classificada em 3º lugar, constatamos que o mesmo atende as especificações exigidas no Edital. Por fim, analisando os Documentos de Habilitação constatamos que a referida empresa foi habilitada sangrando-se assim **VENCEDORA DO LOTE 07 – MONITOR MULTIPARAMETROS PARA UTI – MARCA/MODELO: PHILIPS EFFICIA CM120.**

Nesse passo, sugerimos a Comissão de Licitação dar andamento e adjudicar os Lotes/Itens dentro do critério de julgamento de menor preço, nos termos do Edital.

Ressalvamos que por ocasião da entrega dos equipamentos deverão ser verificado se o mesmo está de acordo com a proposta firmada pelos fornecedores.

Atenciosamente.


Carlos Eduardo Curty Elizeu
Engenheiro Clínico

Carlos Eduardo Curty Elizeu
Cordenador de Eng. Clínica
CREA - MT 51829
Hospital Infantil "Francisco de Assis"