

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS – HIFA
EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2025
CONVÊNIO Nº 916352/2024

PROPOSTA COMERCIAL

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Barrfab Ind. Com. Importação e Exportação De Equipamentos Hospitalares Ltda.
Rua Mário Ely, 271, Cinquentenário, Farroupilha, RS – 95174-320.
E-mail: licitar01@barrfab.com.br

Telefone 054 2628.8800 Fax 054 2628.8802
CNPJ 02.836.248/0001-12 IE 045.008/3934

Representante legal da empresa Barrfab: Sr. Arion José Barretti, diretor geral, brasileiro, casado, sob o ID: 9028774611 / CPF: 551.331.690-00, residente e domiciliado à cidade de Farroupilha / RS.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 0486-3 / CONTA: 57622-0 / Farroupilha.

2. DA PROPOSTA:

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para fornecimento de **BISTURI ELÉTRICO** pela presente formulamos a Proposta Comercial para o fornecimento de materiais com todas as condições de **EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 001/2025** e seus anexos, salientando que os materiais abaixo cotados atendem integralmente as condições de qualidade exigidas.

3. Declaramos que nossos preços são absolutamente líquidos, e também estão inclusos todos os tributos, custos, fretes, impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, despesas diretas ou indiretas decorrentes da entrega e aquisição dos produtos bem como instalação, treinamento e manutenção; todos estão serão considerados inclusos na proposta.

4. ENTREGA: Os equipamentos e materiais permanentes deverão ser entregue no HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, com sede à Rua Coronel Guárdia, 100, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29300-070, ou em outro local em que o HIFA indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, impreterivelmente, sob pena de desclassificação e convocação do próximo arrematante.

5. PRAZO DE GARANTIA: O prazo de garantia será de no mínimo 12 (doze) meses após a entrega ou instalação do mesmo.

6. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 0486-3 / CONTA: 57622-0 / Farroupilha.

7. PRAZO DE PAGAMENTO: Após a autorização de fornecimento, o pagamento do objeto contratual será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente, de acordo com as exigências administrativas em vigor.

8. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta será de no mínimo 30 (trinta) dias, contados do seu envio.

9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO: Declaramos que a assistência técnica, instalação e treinamento serão prestados conforme condições do edital pelos profissionais autorizados e capacitados da empresa: UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA, CNPJ: 01.955.600/0001-76, Rua Sertório Franco, nº. 38. Antônio Honório, Vitória – ES. CEP: 29070-835, FONE: (27) 2121-0750.

10. PROPOSTA COMERCIAL:

ITEM	QTDE	MARCA/ FABRICANTE: BARRFAB MODELO: BISTURI LE4 Registro na ANVISA: 80009860012 NCM 9402.90.10	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)

		PROCEDÊNCIA NACIONAL/CAIXA DE MADEIRA		
05	02 UN	<p>Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições. Microprocessado com refrigeração por convecção para reduzir/evitar o acúmulo de pó e resíduos no interior do equipamento promovido por ventiladores/coolers.</p> <p>Indicação digital da potência em Watts, através de mostradores independentes em led, para todos os modos de operação; que permite o ajuste distinto de todas as funções e permite ajuste digital da potência com precisão de 01 Watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 Watt para o modo Microbipolar, através de toque na touch switch no painel e através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Nesta técnica é possível ajustar em CINCO MODOS, o que permite o usuário utilizar o produto médico de maneira mais eficiente para cada tipo de situação.</p> <p>Possui 10 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, para facilitar seu uso, apresenta em seu painel frontal a função de memorização digital SAVE E LOAD, que permite salvar na memória do Bisturi Eletrônico Microprocessado os parâmetros escolhidos e utiliza-lo para um próximo procedimento sem a necessidade de reprogramação, de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho).</p> <p>Possuem sistema de controle de impedância (CURVA CONTROLADA), que garante que a potencia selecionada se mantenha constante em qualquer tecido ou tipo de eletrodo, garantindo máxima eficiência em todos os procedimentos cirúrgicos, sem restrição.</p> <p>Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico localizado (bargraph) no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum/inox ou bipartida), através de um único cabo.</p> <p>Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares através de dois pedais duplos (corte e coagulação) ou permite acionamento simultâneo de 02 canetas de comando manual. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente).</p> <p>Permite ainda, acionamento por dois cirurgiões simultaneamente na coagulação.</p> <p>Conta com corte pulsado para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação.</p> <p>Possui sistema de controle da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido, permitindo uso</p>	R\$ 28.000,00	R\$ 56.000,00

	<p>de potência menor ao longo do procedimento.</p> <p>POTENCIAS MAXIMAS PARA CADA FUNÇÃO ELETROCIRURGICA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Corte Puro: incremento de 1 watt em toda a faixa até 400 watts.2. Blend 1: incremento de 1 watt em toda a faixa até 250 Watts3. Blend 2: incremento de 1 watt em toda a faixa até 200 Watts4. Blend 3: incremento de 1 watt em toda a faixa até 150 Watts5. Corte Barrfab: incremento de 1 watt em toda faixa até 100 watts6. Spray: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 watts7. Fulgurate High: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 watts8. Fulgurate Low: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 watts9. Desiccate: incremento de 1 watt em toda a faixa até 180 Watts10. Soft: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 Watts11. Bipolar: incremento de 1 watt em toda a faixa até 200 Watts12. Micro Bipolar: incremento de 0,5 watt em toda a faixa até 100 Watts13. BARRFAB: incremento de 1 watt em toda a faixa até 100 Watts14. Macro Bipolar: incremento de 1 watt em toda a faixa até 250 Watts15. Bipolar Cut: incremento de 1 watt em toda a faixa até 250 Watts <p>Permite conexão com coagulador por plas de argônio mantendo todas as funções convencionais do bisturi elétrico.</p> <p>Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC), podendo ser ligado em qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica esteja entre 100-240VAC – reduzindo o risco de danos causados por conexão indevida à rede elétrica.</p> <p>Todos os cabos possuem conectores isolados que não permitem a conexão em saídas trocadas e que garantem - em caso de desconexão inadvertida do respectivo acessório - que o pino energizado não entre em contato direto com o paciente (proteção contra acidentes que possam causar queimaduras – conforme prescrição de segurança da Norma IEC 60601-2-2).</p> <p>Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte, 01 pedal monopolar, 01 pedal bipolar, 01 cabo para eletrodo de retorno paciente/placa autoclavável, 02 placa retorno paciente reutilizável tamanho infantil, 01 placa reutilizável inox adulto, 01 Cabo Bipolar tipo baioneta,</p>		
--	--	--	--

	01 caneta de comando manual reutilizável, autoclavável. Alimentação elétrica automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC).		
--	---	--	--

VALOR UNITÁRIO: R\$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais).
VALOR TOTAL: R\$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais).

11. Sistema de gestão da qualidade:

ABNT NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;
ABNT NBR ISO 13485 – Produtos para a Saúde - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos para fins regulamentares;
Boas Práticas de Fabricação;
Certificação do Produto:
Portaria Inmetro – Certificação Compulsória dos equipamentos elétricos sob o Regime de Vigilância Sanitária;
ABNT NBR IEC 60601-1 – Equipamento Eletromédico – Parte 1 – Requisitos Gerais sob o Regime de Vigilância Sanitária;
ABNT NBR IEC 60601-1-2 – Norma Colateral: Compatibilidade Eletromagnética – Requisitos e Ensaio;
ABNT NBR IEC 60601-1-2-4 – Norma Colateral: Sistemas Eletromédico Programáveis;
ABNT NBR IEC 60601-1-2-46 – Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de mesas de operação.
Marcação CE – Diretiva Europeia
FDA – (Estados Unidos)

12. Declaramos que todos os equipamentos ofertados são novos e sem uso anterior, fabricados com material de alta qualidade.

13. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

14. Declaramos o aceite e a concordância plena de todos os termos e seus Anexos e temos total conhecimento de todas as condições neles contidas.

15. Declaramos, ainda, que NÃO estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Farroupilha, 5 de fevereiro de 2025.

02.836.248/0001-12

BARRFAB IND E COM IMP
E EXP DE EQUIP HOSP LTDA
Rua Mar... 271

Bairro Cinquentenário

CEP 95180-000
FARROUPILHA - RS

Arion José Barretti
ARION JOSÉ BARRETTI
DIRETOR GERAL

ID: 9028774611 / CPF: 551.331.690-00