

PROPOSTA COMERCIAL
COTAÇÃO PRÉVIA 002/2025
CONVÊNIO N° 978140/2025

1 - DENOMINAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: S2 SAUDE LTDA **CNPJ Nº:** 16.740.031/0001-50

INSC. ESTADUAL Nº: 083.061.45-2 **INSC. MUNICIPAL Nº:** 1210148

ENDEREÇO: AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2796, JESUS DE NAZARETH – VITÓRIA/ES

TELEFONE: (27) 3029-9028/9031

2 - DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

NOME: ROGERIO MADUREIRA RODRIGUES **CÉDULA DE IDENTIDADE:** 2.981.330 SSP/MG

CPF: 541.818.106-82 **TELEFONE:** 27 3029-9021

3 - DADOS BANCÁRIOS

SICOOB 756 - COOPERATIVA 3010 - AG 3010-4 - C.C: 107385-0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANT	MARCA/ MÓDELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BILIRRUBINÔMETRO -O BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO BM-100 É UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DESENVOLVIDO PARA A DETERMINAÇÃO TRANSCUTÂNEA DO NÍVEL DE BILIRRUBINA TOTAL DO PACIENTE RECÉM-NASCIDO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO NÃO INVASIVO, OFERECENDO RESULTADOS PRECISOS DE MODO INSTANTÂNEO. ESTE EQUIPAMENTO É INDICADO PARA USO HOSPITALAR NAS ÁREAS DE NEONATOLOGIA/ PEDIATRIA, PERMITINDO O RÁPIDO DIAGNÓSTICO DO PACIENTE NEONATAL, SEM NECESSIDADE DE REAGENTES OU MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ATRAVÉS DE LEITURA TRANSCUTÂNEA REALIZADA NA TESTA OU ESTERNO DO PACIENTE. O BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO BM-100 FOI PROJETADO, AVALIADO E CUMPRE AS SEGUINTEIS NORMAS DE SEGURANÇA E DE DESEMPENHO NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-6, NBR IEC 60601-1-9, NBR IEC 60601-2-57.	UNID.	2	OLIDEF BM 100	R\$ 38.957,00	R\$ 77.914,00

	CARENAGEM EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE E COM FORMATO ANATÔMICO TELA LCD TOUCH SCREEN COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO DE 3", PARA INDICAÇÃO DIGITAL DOS NÍVEIS DE BILIRRUBINA TOTAL, DATA/HORA, INFORMAÇÕES DO PACIENTE/OPERADOR E INFORMAÇÕES GERAIS. PERmite AJUSTES DE BRILHO DE TELA, UNIDADE DE MEDIDA, DATA, HORA E SELEÇÃO DO NÚMERO DE LEITURAS. PERmite SELEÇÃO DE NÚMERO DE MEDIDAS, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DA MÉDIA. SENSOR ELETRÔNICO MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAGEM DE DADOS. BASE COM 2 LENTES PARA VERIFICAÇÃO DA LEITURA DO SENSOR ÓPTICO. PERmite IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR E PACIENTE ATRAVÉS DO DISPLAY OU LEITOR ÓPTICO DE CÓDIGO DE BARRAS/QR CODE. COMUNICAÇÃO COM PC ATRAVÉS DE CABO MICRO USB PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS. INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA BAIXO E ALARME DE ERRO DE LEITURA ÓPTICO DE ALTA PRECISÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA DURAÇÃO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 2.000 LEITURAS COM CARGA TOTAL. FONTE DE LUZ DOTADA DE LÂMPADA DE ARCO DE XENON COM LONGA VIDA ÚTIL. MALETA/BOLSA PARA TRANSPORTE. BASE PARA RECARGA DA BATERIA CABO DE ALIMENTAÇÃO. LENTES PARA INSPEÇÃO DO SENSOR ÓPTICO. INSTRUÇÕES DE USO. RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS CERTIFICADO DE GARANTIA. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR 100V-240VAC - 50/60 Hz ALIMENTAÇÃO LEITOR BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL 7,4V GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS IPX0 FONTE DE LUZ LÂMPADA DE ARCO DE XENON VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ SUPERIOR A 150.000 LEITURAS FAIXA DE LEITURA 0 A 25MG/DL OU 0 A 425 MMOL/L PRECISÃO ± 1,5 MG/DL OU ± 25,5 MMOL/L DIMENSÕES LEITOR (C X L X A) 60 X 46 X 175 MM PESO LEITOR 250 G DIMENSÕES BASE (C X L X A) 85 X 155 X 106 MM PESO BASE 250 G CADASTRO ANVISA Nº 10227189023.					
2	CARDIOTOCOGRAFO- O MONITOR FETAL BT-350 POSSIBILITA EXAMINAR A VITALIDADE FETAL ANTES OU DURANTE O TRABALHO DE	UNID.	2	MD BT 350	R\$ 13.848,00	R\$ 27.696,00

	PARTO. É UM EXAME EM QUE O BEBÊ AVISA SE ESTÁ TUDO BEM OU SE EXISTE ALGUM PROBLEMA AFETANDO SEU BEM ESTAR. CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTORES À PROVA D'ÁGUA, POSSIBILITA PARTO HUMANIZADO NA ÁGUA, MAIS CONFORTO E SEGURANÇA PARA MÃE, BEBÊ E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS. ANÁLISE DO CTG AUTOMÁTICA, CALCULA DADOS COMO LINHA DE BASE, ACELERAÇÃO, DESACELERAÇÃO E MOVIMENTO FETAL. WORKLIST VIA SOFTWARE PERMITE IMPORTAR A LISTA DE EXAMES AGENDADOS, SELECIONAR OS PACIENTES PRESCRITOS E EXPORTAR OS EXAMES DIRETAMENTE AO PACS NO FORMATO DICOM. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE GÊMEOS. TELA DE LCD COLORIDA 7" COM TRAÇÃO. ALTO FALANTE E IMPRESSORA INCORPORADOS. MEMÓRIA PARA 450 HORAS. EXPORTAÇÃO DE DADOS VIA USB. ALÇA PARA MELHOR MOBILIDADE. BATERIA DE LÍTIO LONGA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES 9,6 CM X 32,6 CM X 27,6 CM PESO APROXIMADAMENTE 5,5KG MONITORAMENTO FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL FAIXA DE BPM 30 ~240 BPM PRECISÃO ±2% DISPERSÃO <10MA @ 264 VAC APLICADO AO TRANSDUTOR FAIXA DA CONTRAÇÃO 0-100 UNIDADES RELATIVAS MONITORAMENTO CONTRAÇÃO UTERINA RESOLUÇÃO 1 UNIDADE RELATIVA DISPERSÃO <10MA @ 264 VAC APLICADO AO TRANSDUTOR ESTILO DO PAPEL Z-FOLD TAMANHO DO PAPEL 150MM X 90MM X 15MM PAPEL PRECISÃO ±1% DETECTOR DE PAPEL SIM VELOCIDADE NORMAL, 1, 2 E 3 CM/MIN ±1% ACELERADA, 10 CM/MIN (SOMENTE NO MODO TENDÊNCIA)				
4	LAVADORA ULTRASSÔNICA ACIMA DE 15 LITROS - A LAVADORA ULTRASSÔNICA SW4000 DA SANDERS DO BRASIL REALIZA A LIMPEZA AUTOMATIZADA DE MATERIAIS COM ALTO DESEMPENHO, OTIMIZANDO TEMPO, RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E PROTEGENDO O OPERADOR. COM CAPACIDADE ÚTIL DE 40,1 LITROS, DOSAGEM AUTOMÁTICA DE DETERGENTE E ENTRADA E SAÍDAS DE ÁGUA AUTOMÁTICAS. ATENDENDO RIGOROSAMENTE À RDC N°15/2012 DA ANVISA PARA CME HOSPITALAR, E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 17130-1.	UNID.	1	SANDERS SW 4000	R\$ 39.986,00

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: • CAPACIDADE ÚTIL DE 40,1 LITROS; • 8 BICOS PARA ADAPTAR QUALQUER TIPO DE CÂNULA (OPCIONAL ATÉ 16); • OPERA NO MODO FRIO OU AQUECIDO (TEMPERATURA DE 35°C À 60°C, AJUSTES DE 5°C); • TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220VAC; • FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 38/40 KHZ; • DIMENSÃO EXTERNAS [LXAXP]: 777 X 400 X 435 MM; • DIMENSÃO INTERNAS DO CESTO [LXAXP] : 620 X 258 X 140 MM; • CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL ANSI 304; • CESTO AÇO INOXIDÁVEL ANSI 304, QUE OFERECE ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO, COM FURAÇÕES ESTRATEGICAMENTE PROJETADAS PARA POTENCIALIZAR O DESEMPENHO DO ULTRASSOM; • DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO PARA PROGRAMAÇÃO DE FUNÇÕES; • POSSUI 5 PROGRAMAS DE LIMPEZA EDITÁVEIS PELO USUÁRIO; • ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA AUTOMÁTICAS; • DOSAGEM DE DETERGENTE ENZIMÁTICO AUTOMÁTICA; • TEMPORIZADOR COM AJUSTE DE 5 À 30 MINUTOS; • TÉRMINO DO CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO; • AVISO SONORO DE OPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TÉRMINO DA LAVAGEM; • CANULADOS COM FUNCIONAMENTO DE 0 À 30 MINUTOS; • SISTEMA DE GERAÇÃO DE ULTRASSOM ATRAVÉS DE TRANSDUTORES PIZOELÉTRICOS, DISPOSTOS EQUIDISTANTES PELO EQUIPAMENTO, O QUE GARANTE CAVITAÇÃO EM TODAS AS PARTES DA CUBA COM A MESMA INTENSIDADE; • SENSOR DE NÍVEL; • ENTRADA AUXILIAR PARA PISTOLAS DE ÁGUA E AR;				
VALOR TOTAL	R\$ 145.596,00			

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 145.596,00 (Cento e quarenta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais)

Validade da proposta: 30 (TRINTA) dias

Garantia mínima de 12 meses.

Declaro, sob as penas da lei, que os ITENS ofertados atendem todas as especificações exigidas nesta Cotação Prévia de Preços.



S2 SAÚDE LTDA.
CNPJ: 16.740.031/0001-19
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2764 – Loja 01
Jesus de Nazareth – Vitória – ES – CEP – 29052-015
Tel.: (27) 3029 9028

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela empresa na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, etc.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2025.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rogério Madureira Rodrigues".

S2 SAÚDE LTDA
CNPJ: 16.740.031/0001-19
ROGÉRIO MADUREIRA RODRIGUES
CPF: 541.818.106-82

