

AO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS – HIFA – ES
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS N° 002/2026
PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **MEGMED LTDA**, CNPJ 16.946.372/0001-45, por sua representante legal, **RUBIA JANTZ**, inscrita no CPF 675.369.729-20, portadora do RG 2171710 SSP/SC, e-mails recebimento.atas@gmail.com - megmedcompras@gmail.com, vem apresentar proposta de preços nos seguintes termos e condições aqui definidas:

LOTE	DESCRIPTIVO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	CAMA PPP - OBESO Cama Hospitalar Pré-Parto que disponibilize dispositivos de posicionamento para o parto natural (parto humanizado), retornando à posição original pós parto. Transportável com 04 (quatro) rodízios de no mínimo 5 polegadas, freio em 2 rodízios diagonais. Possuir estrutura tubular com tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática. Suporte móvel para apoio dos pés, ajustável em 08 (oito) posições, além de movimento giratório (20º) no plano horizontal. Tanque de placenta, em aço inoxidável, facilmente removível. Complemento para os pés, facilmente removível em aço inox, de engate rápido sem necessidade de parafusos para fixação, que permita o acesso do(a) obstetra para execução adequada do procedimento e, quando instalado, permita a utilização com a cama hospitalar ou movimento elétrico de retração dos pés. Cabeceira removível para transporte e emergência. Colchão em espuma de PU de alta densidade (mínima de 28 kg/m3) sem costura, tripartido, permitindo o uso confortável com a cama e permitindo o acesso adequado do profissional obstetra durante o exame. além de propiciar conforto ao paciente e permitir fácil	RENOVAR MR 2016 STANDART ANVISA 80872350002	06	R\$ 10.520,00	R\$ 63.120,00



MEGMED

SOLUÇÕES ESPECIAIS EM SAÚDE

asepsia. Espessura mínima: 10 cm. Braços de esforço laterais rebatíveis, que serão utilizados durante o procedimento para propiciar a estabilidade mecânica. Dimensões internas máximas: 0,90 m x 1,90 m, variação de altura mínima de 60 cm a 90 cm, admitindo-se até $\pm 5\%$ de variação destas. Capacidade mínima de carga 200 kg. Deve possuir estrutura reforçada, que assegure robustez, estabilidade durante todas as fases do parto e puerpério, bem como maior durabilidade das travas das rodas. Para garantir esses requisitos, o peso da cama PPP deve corresponder a, no mínimo, 50% de sua capacidade máxima de carga. Encosto basculante móvel com acionamento elétrico, com angulação mínima entre 0 e 65°. Sistema elétrico para inclinação suave em Trendelenburg e reverso, elevação do dorso e elevação do leito. Sistema de acionamento através de no mínimo 3 motores com comando elétrico, independentes. Acionamento por controle remoto, Eleva/abaixa dorso, eleva/abaixa cama, trendelenburg. Sistema de emergência para posição rápida de ressuscitação cardiopulmonar, alavanca de destravamento mecânico para RCP. Ter possibilidade de ser utilizada como mesa/poltrona para exames ginecológico/obstétrico. Indicação de cama energizada ou de carregamento de bateria por meio de LED. Possuir alavanca de manobra de emergência CPR (Reanimação Cardiorespiratória). Nível de proteção IPX4. 01 (um) Suporte de soro em aço inox, com altura regulável, adaptável nos dois lados da cabeceira. 01 (um) Suporte lombar acolchoado que pode ser utilizado com o travesseiro ou com melhoria do conforto da parturiente durante o procedimento (apoio das costas). 01 (um) Arco de esforço e sustentação removível, que permita a paciente alterar a posição das mãos durante o esforço do procedimento, fixado nas duas laterais. 01 (um) par de porta-				
--	--	--	--	--

	coxas removíveis e ajustáveis, em aço inoxidável ou alumínio, que possibilitem o apoio confortável durante os procedimentos. 01 (conjunto) de apoio de pernas bipartido. 01 (um) controle remoto com cabo. 04 (quatro) peças, no total, de fixadores radiais em inox ("castanhas"), ou similar, a depender a forma de prender os acessórios. Sistema de autonomia de energia com duração mínima igual ou superior a 15 minutos de funcionamento contínuo ou 20 movimentos, com bateria interna recarregável. Tensão de alimentação elétrica 110/220V, de acordo com a necessidade do Hospital requisitante, ou sistema de alimentação Bivolt automático. Cabo e alimentação de no mínimo 3 m. Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 6.360/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021. 10.2 Certificado de acordo com as normas NBR IEC 60601-1 (Segurança Elétrica) e NBR IEC 60601-1-2 (Compatibilidade Eletromagnética), NBR IEC 60601-1-6 (Usabilidade) e normas particulares quando aplicáveis, conforme Instrução Normativa ANVISA nº 283, de 07/03/2024. Conformidade à NBR 14136. Manual operacional em português brasileiro. Treinamento técnico e operacional.				
04	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA - OBESO Cama hospitalar elétrica adulto fabricada em estrutura tubular em aço carbono. Chassis em estrutura de tubos perfil retangular de no mínimo 50 x 30 X 2,0 mm com chapas de 1/4 de espessura. O estrado em tubos perfil retangular de no mínimo 50 x 30 x 2,0 mm com chapas de 3/8". Estrutura dos leitos deve ser composta por quatro seções articuladas fabricadas em tubos retangulares de no mínimo 30 X 20 X 1,2 mm com chapas de 3/16"; Comandos Eletrônicos: Acionamento interno/externo localizados nas grades laterais do leito. Possuem controle digital com	RENOVAR MR 2016 SEMI LUXO ANVISA 80872350002	08	R\$ 10.200,00	R\$ 81.600,00



botão micro chave, com etiqueta em policarbonato e bloqueador de funções localizado nas grades (lado interno e externo). Supervisor para gerenciamento das funções da cama no lado externo das grades com sistema de bloqueio dos controles da parte interna, destinada a utilização pelo paciente, com sistema de CPR eletrônico retornando a cama à posição horizontal e posição poltrona á um só toque, CPR mecânico na seção dorso através de duas alavancas nas laterais da cama com sistema de alívio de descida. Balança: Incorporada à cama para pesagem do paciente, elimina a necessidade de remoção do mesmo para uma balança separada; Com controle digital localizado na parte externa da peseira, de fácil manuseio. Através de um único toque de comando mantém-se o peso do paciente, sendo possível a inclusão ou a retirada de acessórios sobre a cama ou sobre o paciente. Pesa o paciente em qualquer posição. Deve possuir movimentação vertical realizada por um sistema articulador mecânico em aço carbono por transformação de movimento linear horizontal dos motores em movimento ascendente. Os movimentos da cama devem ser realizados utilizando sistemas de quatro motores com caixa de comando ambos blindados e um sistema ajustável com no mínimo seis posições. Os movimentos a serem realizados pela cama são: fawler, semi-fowler elevação do dorso, elevação da perna, elevação e descida do leito, trendelemburg, proclive, poltrona, vascular, cardíaco e auto contorno. Deve possuir ainda Indicador de ângulo analógico de dorso e trendelenburg e ainda deve contar com sistema de compensação abdominal; Deve realizar os movimentos: dorso mínimo 77°, fawler, joelho mínimo 23°, trendelemburg 15°, reverso do trendelemburg 15°, cardíaco, vascular e elevação de altura com variação mínima de variação mínima			
---	--	--	--



MEGMED

SOLUÇÕES ESPECIAIS EM SAÚDE

de 0,33 até 0,68m. Grades laterais quádruplas, articuláveis, retráteis e independentes fabricadas no mínimo em polietileno ou material de superior qualidade; Cabeceira e peseira fabricada no mínimo em polietileno removíveis, do tipo de encaixe de engate fácil e rápido e sem cabo. Leito deve ser fabricado em termoplástico estruturado ou material superior, com contenção de paciente e limitador para colchão. A fixação deve ser feita de forma independente nas quatro seções articuladas da estrutura metálica do leito. Sistema deve possuir para-choque de proteção nos quatro cantos da cama e luz noturna com acionamento no teclado. Base totalmente revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de no mínimo 5 polegadas, em material termoplástico, que desempenhe proteção ao piso, com baixa geração de ruído, com deslocamento leve e excelente capacidade de carga. Deve possuir sistema de frenagem travamento individual em cada uma das rodas através de pedal com função de trava estacionária de rotação e translação. Acessórios que devem ser incluídos: Suportes para bolsa de líquidos (dreno); Suportes de Contenção; Cabo de alimentação, Colchão duplo composto revestido e sistema extensor de Leito 20 CM. Dimensões devem ser de: Comprimento de leito de 1950 mm x Largura 830 mm; Altura 330 ~ 680 mm + 5%; Comprimento total de 220mm x Largura 1080 mm + 5% Carga máxima de trabalho: 280 kg + 5% / Peso Mínimo: 200 kg. Sistema de alimentação bivolt com faixa de trabalho de no mínimo 100V a 240V, Frequência: 50/60Hz. A confirmação das características e/ou funcionalidades exigidas no descritivo devem ser amparadas em dados de cadastro e/ou registro do modelo ofertado no sítio da ANVISA e fica facultado a apresentação de amostra para dirimir qualquer dúvida. O fabricante deve estar em conformidade com ISO 9001:2015;			
--	--	--	--

**MEGMED**

SOLUÇÕES ESPECIAIS EM SAÚDE

	ISO 13485:2016, deve possuir CREA ativo através de Certificado de Registro e ou documento equivalente; Produto ofertado deve estar regular Junto a Agência Nacional da Vigilância Sanitária - ANVISA; deve possuir TEST SALT SPRAY 1.400 HORAS ACREDITADO PELO INMETRO e certificação INMETRO. Deve ainda o fabricante possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado do Espírito Santo com Apresentação do Certificado de Registro e Quitação no CREA/ES e documento comprobatório de vínculo com fabricante. Deve ainda acompanhar manual em português e certificado de garantia de no mínimo 12 meses.				
05	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA Cama hospitalar elétrica adulto fabricada em estrutura tubular em aço carbono. Chassis em estrutura de tubos perfil retangular de no mínimo 50 x 30 X 2,0 mm com chapas de 1/4 de espessura. O estrado em tubos perfil retangular de no mínimo 50 x 30 x 2,0 mm com chapas de 3/8". Estrutura dos leitos deve ser composta por quatro seções articuladas fabricadas em tubos retangulares de no mínimo 30X20X1,2 mm com chapas de 3/16"; Deve possuir controle de mão móvel com bloqueador. (controle remoto a fio). Deve possuir movimentação vertical realizada por um sistema articulador mecânico em aço carbono por transformação de movimento linear horizontal dos motores em movimento ascendente. Os movimentos da cama devem ser realizados utilizando sistemas de quatro motores com caixa de comando ambos blindados e um sistema ajustável com no mínimo seis posições. Os movimentos a serem realizados pela cama são: fawler, semi-fowler elevação do dorso, elevação da perna, elevação e descida do leito, trendelenburg, proclive, poltrona, vascular, cardíaco e auto contorno. Deve possuir ainda Indicador de ângulo analógico de dorso e trendelenburg e ainda deve	RENOVAR MR 2016 LUXO ANVISA 80872350002	20	R\$ 11.250,00	R\$ 225.000,00



MEGMED

SOLUÇÕES ESPECIAIS EM SAÚDE

contar com sistema de compensação abdominal; Deve realizar os movimentos: dorso mínimo 77°, fawler, joelho mínimo 23°, trendelemburg 15°, reverso do trendelemburg 15°, cardíaco, vascular e elevação de altura com variação mínima de 0,33 até 0,68m. Grades laterais quádruplas, articuláveis, retráteis e independentes fabricadas no mínimo em polietileno ou material de superior qualidade; Cabeceira e peseira fabricada no mínimo em polietileno removíveis, do tipo de encaixe de engate fácil e rápido e sem cabo. Leito deve ser fabricado em termoplástico estruturado ou material superior, com contenção de paciente e limitador para colchão. A fixação deve ser feita de forma independente nas quatro seções articuladas da estrutura metálica do leito. Sistema deve possuir para-choque de proteção nos quatro cantos da cama e luz noturna com acionamento no teclado. Base totalmente revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de no mínimo 5 polegadas, em material termoplástico, que desempenhe proteção ao piso, com baixa geração de ruído, com deslocamento leve e excelente capacidade de carga. Deve possuir sistema de frenagem travamento individual em cada uma das rodas através de pedal com função de trava estacionaria de rotação e translação. Acessórios que devem ser incluídos: Suportes para bolsa de líquidos (dreno); Suportes de Contenção; Cabo de alimentação, Colchão duplo composto revestido e sistema extensor de Leito 20 CM. Dimensões devem ser de: Comprimento de leito de 1950 mm x Largura 830 mm; Altura 330 ~ 680 mm + 5%; Comprimento total de 220mm x Largura 1080 mm + 5% Carga máxima de trabalho: 280 kg + 5% / Peso Máximo do Paciente: 250 kg + 5%. Sistema de alimentação bivolt com faixa de trabalho de no mínimo 100V a 240V, Frequência: 50/60Hz. A confirmação das				
--	--	--	--	--

**MEGMED**

SOLUÇÕES ESPECIAIS EM SAÚDE

	características e/ou funcionalidades exigidas no descritivo devem ser amparadas em dados de cadastro e/ou registro do modelo ofertado no sítio da ANVISA e fica facultado a apresentação de amostra para dirimir qualquer dúvida. O fabricante deve estar em conformidade com ISO 9001:2015; ISO 13485:2016, deve possuir CREA ativo através de Certificado de Registro e ou documento equivalente; Produto ofertado deve estar regular Junto a Agência Nacional da Vigilância Sanitária - ANVISA; deve possuir TEST SALT SPRAY 1.400 HORAS ACREDITADO PELO INMETRO e certificação INMETRO. Deve ainda o fabricante possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado do Espírito Santo com Apresentação do Certificado de Registro e Quitação no CREA/ES e documento comprobatório de vínculo com fabricante. Deve ainda acompanhar manual em português e certificado de garantia de no mínimo 12 meses.				
06	CARRO MACA AVANÇADO - OBESO Base com estrutura em tubular de aço retangular 60 x 40 x 2,0mm, pelo menos. Capacidade de no mínimo 200 kg. Estrutura tubular com chapas de diferentes espessuras de aço carbono, projetada para atender aos esforços e carga nominal do produto. Chassis deve ser montado em estrutura de tubos de no mínimo 60 x 40 X 2,0 mm com chapas de 3/8" de espessura. O estrado deve ser composto por estrutura de tubos de no mínimo 40 x 20 x 2,0 mm com chapas de 1/4" de espessura garantido a perfeita distribuição de força. A estrutura metálica dos leitos deve ser em seções articuladas feitas com uma estrutura de tubos 30 X 20 X 1,2 mm com chapas de 3mm e 3/16" de espessura podendo ser maior para conferir maior robustez. Chassis revestido em material termoplástico de alta resistência. Deve possuir suporte para cilindro de oxigênio. Leito deve ser em termoplástico estruturado, com contenção de paciente e limitador para colchão,	RENOVAR MR 232	02	R\$ 9.890,00	R\$ 19.780,00



removível, com fixação independente nas quatro seções articuladas da estrutura metálica do leito. Os movimentos verticais devem ser realizados por um sistema mecânico em aço carbono que transforma o movimento linear horizontal do atuador hidráulico no movimento vertical da maca; os demais movimentos da maca devem ser realizados utilizando molas a gás e atuador hidráulico, acionados através de pedais e ou alavancas manuais. Deve permitir ao menos os seguintes movimentos: Fowler, semi-fowler, elevação do dorso, elevação da perna, elevação e descida do leito, Trendelenburg e Proclive. Com ao menos indicador de ângulo de Trendelenburg/Proclive. Cursos mínimos de movimentos: Dorsal até 80°, pernas até 25°, Trendelenburg até 12°, Proclive até 12° e deve possuir variação de altura de no mínimo máxima 940mm e altura mínima de 640mm. Conjunto de duas grades laterais em polietileno soprado de alto impacto. Sistema de grade retrátil com trava. Deve possuir ainda 5ª roda e protetor de parede revestido em PVC. Deve possuir Rodízios de 6 polegadas de diâmetro em termoplástico, que ofereça proteção ao piso com baixo ruído no deslocamento e excelente capacidade de carga e dotado com sistema de freios individuais nas 4 rodas acionados através de pedal com a função de trava estacionária de rotação e translação. Acessórios que devem ser inclusos: 01 Suporte de soro com regulagem de altura e um suporte para cilindro de oxigênio. Toda estrutura de aço carbono deve ser submetida no mínimo a tratamento químico antiferrugem e acabamento com pintura eletrostática a pó, e sendo levado a uma temperatura de 220°C em estufa aumentando a resistência química. Dimensões internas aproximadas: Leito: Comprimento 1870mm x Largura 600mm; Total: Comprimento 2070mm x Largura 780mm e Carga máxima de trabalho: 230 kg / Peso				
--	--	--	--	--

	Mínimo do Paciente: 200 kg. A confirmação das características e/ou funcionalidades exigidas no descritivo devem ser amparadas em dados de cadastro e/ou registro do modelo ofertado no sítio da ANVISA e fica facultado a apresentação de amostra para dirimir qualquer dúvida. O fabricante deve estar em conformidade com ISO 9001:2015; ISO 13485:2016, deve possuir CREA ativo através de Certificado de Registro e ou documento equivalente; Produto ofertado deve estar regular Junto a Agência Nacional da Vigilância Sanitária – ANVISA; deve possuir TEST SALT SPRAY 1.400 HORAS ACREDITADO PELO INMETRO e certificação INMETRO. Deve ainda o fabricante possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado do Espírito Santo com Apresentação do Certificado de Registro e Quitação no CREA/ES e documento comprobatório de vínculo com fabricante. Deve ainda acompanhar manual em português e certificado de garantia de no mínimo 12 meses.				
--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 389.500,00 (trezentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais)

- Declaramos que a proposta apresentada pela empresa proponente foi elaborada de maneira independente;
- Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos;
- Declaramos ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea nem se encontra suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública;
- Que os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
- Prazo da proposta, conforme edital;

- f) Prazo de entrega, conforme edital;
- g) Prazo de garantia, conforme edital.

DADOS COMERCIAIS

DADOS DO FORNECEDOR

NOME/RAZÃO SOCIAL: MEGMED LTDA

CNPJ: 16.946.372/0001-45

ENDEREÇO: Rua Dr. Pedro Zimmermann, nº 6168, loja 14, Bairro Itoupava Central,
no Município de Blumenau- SC

CEP 89066-002

TELEFONE: (47) 9 9773-5297 / (47) 9 925-1600

E-MAIL recebimento.atas@gmail.com - megmedcompras@gmail.com

(todas as comunicações encaminhar nos dois e-mails acima)

DADOS DO REPRESENTANTE

NOME: RUBIA JANTZ

RG: 2171710 SSP/SC

CPF: 675.369.729-20

DOMICÍLIOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA N° 0095-7

CONTA-CORRENTE N° 30255-4

Blumenau, 18 de agosto de 2026.

RUBIA

JANTZ:67536

972920

Assinado de forma
digital por RUBIA
JANTZ:67536972920
Dados: 2026.08.18
16:20:04 -03'00'

MEGMED LTDA

Representado por:

RUBIA JANTZ