

Á

HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS-ES

Ref.: COTAÇÃO 002/2026 CONVÊNIO 7AABYY/2026

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61**, com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP 86.079-450 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA, RG n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF n.º 055.015.959-23.

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações estabelecidas no edital e que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.



Validade da Proposta: 30 dias.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de Pagamento: 30 dias.

Prazo de Garantia: 12 meses .

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1582-2 - C/C: 42.441-2

Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:

CESAR RAFAEL CARREGA

CPF: 055.015.959-23, RG: 9177472-0 SESP-PR

Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350

E-MAIL: starmedical.licita@gmail.com

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

LONDRINA, 18 DE AGOSTO DE 2026

 A
 HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
 ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 Ref.: COTAÇÃO N° 002/2026 CONVÊNIO 7AABYY/2026

PROPOSTA					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
LOTE 2					
01	02	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA Sistema digital de alta resolução com pelo menos 100.000 canais digitais de processamento, para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, musculoesquelético, vascular abdominal, vascular periférico, transcraniano, transfontanela, cerebrovascular, intra-operatório, transesofágico, cardiologia, inclusive neonatal, com as seguintes características técnicas mínimas: Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; Monitor de no mínimo 19 polegadas, LCD; Tela de toque (touch screen) para acesso a funções secundárias e facilidade operacional com no mínimo 12"; Pannel de controle articulável, incluindo altura, giro e deslize; Color Power Angio; Harmônica Tecidual e de Pulso Invertido; Reconstrução 3D com recurso de visualização MPR; Modo-M, Modo M-Anatômico, Doppler Colorido, Doppler Pulsado (PW), High PRF PW, Doppler Contínuo (CW); Revisão Cineloop para imagens 2D com aquisição, armazenamento na memória local e exibição em tempo real e modos duplex de pelo menos 2000 quadros de 2D e imagens a cores; faixa dinâmica de no mínimo 280 dB; Modo-M e Doppler; Ferramentas de medições incluindo: distância, profundidade, área e circunferência; Imagens em tons de cinza 2D; Doppler de tecido; Modo-M Anatômico; TDI; Equipamento possua plataforma Windows; Software que permite otimizar o fluxo, corrigir o ângulo Doppler e direcionamento do Doppler Pulsado e Doppler Colorido; Software de medidas fetais automáticas; Otimização automática da imagem bidimensional; Software para Otimização automática do Color Doppler com apenas um botão; Software para Ajuste automático do Doppler espectral com apenas um botão; Software automático para medir a velocidade miocárdica a partir dos dados do Doppler Tecidual Colorido e do deslocamento, deformação (strain) e taxa de deformação (strain rate) ao longo das linhas definidas pelo usuário pelo método bidimensional do Ventrículo Esquerdo (Speckle Tracking); Capacidade de sobrepor as curvas de abertura e fechamento das válvulas mitral e aórtica para exibir os eventos mecânicos do ventrículo esquerdo; Fração de Ejeção automática; Imagem Harmônica Tecidual (THI) com a tecnologia de inversão de pulso; Software para opacificação do ventrículo esquerdo (LVO) com inversão de pulso; Imagem panorâmica; profundidade de pelo menos 40 cm; Software para exames cardiológicos (adulto, pediátrico, neonatal e transesofágico); Otimização para ajustar o desempenho do fluxo de banda larga para se adaptar imediatamente a diferentes estados de fluxo; sistema de resolução dinâmica para um controle de no mínimo 30 parâmetros simultaneamente para a preferência do usuário de resolução espacial ou resolução temporal durante os procedimentos clínicos; Doppler Tecidual colorido e espectral; Software para cardiologia Fetal; Modos B, BB, BM, M tela inteira, Doppler pulsado, contínuo e tecidual dirigível; Color M-mode, Doppler colorido, Doppler espectral (pulsado e contínuo) em tela inteira; Função Doppler tecidual (color e espectral); Colorização de imagens nos modos B, M e Doppler; Frame Rate mínimo de 1900 quadros/segundo em 2D; Imagem de Segunda Harmônica tecidual; Imagem de Segunda Harmônica com tecnologia de inversão de fase ou pulso invertido; Memória para revisão de imagens de Modo-M ou Espectro de Doppler; Disco rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no mínimo 1 TeraByte; 4 portas USB; Capacidade de registro de imagens e laudos em disco rígido e DVD para posterior recuperação; Conexão em rede digital DICOM 3.0 (Print, Store, Commit, Modality Worklist e Laudos Estruturados	VINNO / S300 ANVISA:81832589 103	135000,00	270.000,00

	para ecocardiografia adulta e pediátrica, vascular e ginecologia/obstetrícia); Exportação de imagens em formato compatível PC; Conexão simultânea e ativa para, no mínimo quatro transdutores (não sendo considerado o transdutor tipo caneta ou Doppler cego como conexão); Otimização automática da imagem bi-dimensional; Medições automáticas da espessura da camada íntima média nas artérias e em outros vasos superficiais; 4 portas ativas; Bivolt Automático; Possibilidade futura de software para otimamente realizar imagens com agentes de contraste para imagem geral com exibição dual com imagem contrastada ao lado da imagem fundamental em baixo índice mecânico (low MI) sem prejuízo da resolução temporal (frame rate); Possibilidade futura de software de Contraste de Cardiologia; Possibilidade futura de software tridimensional de imagens obstétricas; Possibilidade futura de software tridimensional de imagens obstétricas fotorealísticas; Possibilidade futura de software com ferramentas para visualização e quantificação de volumes tridimensionais que permitem visualizar, cortar, rotacionar, acessar e usar todos os controles de visão, e realizar medições rotineiras de volumes ultrassonográficos tridimensionais; Possibilidade futura de software de Strain Fetal; Possibilidade futura de software de Ecotress; Possibilidade de elastografia quantitativa por impulso de radiação acústica, sem compressão manual, para obter-se o valor de dureza hepática absoluta (kPa) ou velocidade da Shear-Wave (m/s) em determinado ponto, permitindo um acompanhamento da evolução da fibrose hepática e utilização em casos críticos com alto risco ou impossibilitados de realizar biópsia; Possibilidade de Software para avaliação de esteatose hepática. Transdutores: Todos os transdutores deverão ser multifrequências em tecnologia de banda larga com seleção automática das frequências. Transdutor endocavitário com faixa de frequência de 4,0 a 10,0 MHz (com variação de 1 MHz para + ou -) e com abertura mínima de 160 graus; Transdutor convexo com faixa de frequência de 1,0 a 5,0 MHz com (com variação de 1 MHz para + ou -); Transdutor linear com faixa de frequência de 4,0 a 12,0 MHz (com variação de 1 MHz para + ou -) com no mínimo 150 elementos (cristais); Transdutor setorial adulto com faixa de frequência de 1,0 a 5,0 MHz (com variação de 1 MHz para + ou -); Transdutor setorial neonatal com faixa de frequência de 8,0 a 12,0 MHz (com variação de 1 MHz + ou -). FABRICANTE: VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD. -CHINA		0,00	0,00
VALOR DA PROPOSTA: 270.000,00 DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS		VLR TOTAL PROPOSTA	270.000,00	
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de, o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).				
Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1582-2 - C/C: 42.441-2- Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos: Cesar Rafael Carrega- CPF: 055.015.959-23 RG: 9177472-0 - Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350 E-MAIL: starmedical.licita@gmail.com		Validade da Proposta: 30 dias . Prazo de Entrega: Conforme edital. Prazo de Pagamento: 30 dias Prazo de Garantia: 12 meses .		
ASSINATURA: CESAR RAFAEL CARREGA:055 01595923 Assinado de forma digital por CESAR RAFAEL CARREGA:055015 95923		CARIMBO: 57.498.660/0001-61 91099706-86 STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. AV. HENRIQUE MANSANO, 1581 B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450 LONDRINA - PR		ASSINATURA DIGITAL: CESAR RAFAEL CARREGA:055 01595923 Assinado de forma digital por CESAR RAFAEL CARREGA:05501 595923